



## 1. مطلوبہ فرد کے بارے میں معلومات

پہلا نام: <input type="text"/>	خاندانی نام: <input type="text"/>
عمر: <input type="checkbox"/> 65+ <input type="checkbox"/> 55-64 <input type="checkbox"/> 40-54 <input type="checkbox"/> 18-39 <input type="checkbox"/> 17-5 اگر بچے کی عمر 5 سال سے کم ہے تو <input type="checkbox"/> کان اور سماعت کے ماہر کے پاس بھجوائیں (Refer)	جنس: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> عورت <input type="checkbox"/> دیگر
پتہ: <input type="text"/>	ٹیلی فون نمبر: <input type="text"/>

## 2. سماعت کی جانچ

## سماعت کی جانچ کریں

صرف اُس صورت میں جاری رکھیں اگر کان کا معائنہ اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ دونوں کان صحت مند / صحیح ہیں۔

جانچ کریں: اگر دائیں اور بائیں کانوں کی اوسط کافرق:	* اوسط	4000 ہرٹز	2000 ہرٹز	1000 ہرٹز	500 ہرٹز	طرف
• 15 ڈیسی بل سے کم ہے ← جاری رکھیں	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	دایاں
• 15 ڈیسی بل یا زیادہ ہے تو ← کان اور سماعت کے ماہر کے پاس <input type="checkbox"/> بھجوا (ریفر) دیں۔	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	بایاں

\* اوسط کیسے کی جاتی ہے: 500، 1000، 2000 اور 4000 ہرٹز سے حاصل شدہ قدروں (Values) کو 4 پر تقسیم کرنے سے۔

نتیجہ پر اعتماد (Test Confidence):  اچھا  جاری رکھیں  بُرا ← کان اور سماعت کے ماہر کے پاس  بھجوا (ریفر) دیں۔

سماعت کا درجہ (Grade of Hearing):	دایاں: <input type="text"/>	بایاں: <input type="text"/>
فارم میں دیے گئے شیڈول (Table) سے دیکھیں		

جائزہ: (Monitor):		بالغ یا بچہ، صحیح سماعت کے ساتھ <input type="checkbox"/>		اگر ایسا ہے ← کان کی دیکھ بھال سکھائیں۔ ایک سال بعد دوبارہ جانچ کے لیے بلائیں تاہم اگر وہ کان میں درد، رطوبت کا اخراج اور سماعت میں تبدیلی محسوس کریں تو پہلے آنے کے لیے کہیں۔	
بھجوائیں (Refer):		کان اور سماعت کے ماہر کے پاس <input type="checkbox"/> دیگر: <input type="checkbox"/>			
اجازت (Consent):		آلات سماعت کے فوائد سے آگاہ کریں۔ اگر مطلوبہ شخص اور / یا دیکھ بھال کرنے والے آلات سماعت میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہیں کہ اگر ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی ہو تو سہولت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت آجائیں۔		آلات سماعت مہیا کرنے کی اجازت: ہاں <input type="checkbox"/> نہیں <input type="checkbox"/>	
آلات سماعت مہیا کریں:		قسم: پہلے سے پروگرام شدہ آلات سماعت <input type="checkbox"/> پروگرام کیے جانے والے آلات سماعت <input type="checkbox"/>		وضاحت: <input type="checkbox"/>	
کان کا سانچہ: روایتی سائز: <input type="checkbox"/> دیگر: <input type="checkbox"/>					
طرف (Side):	ماڈل (Model)	سیریل نمبر (Serial No)	پہلے سے پروگرام شدہ		
دائیں:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سینک: <input type="checkbox"/>		
بائیں:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سینک: <input type="checkbox"/>		
بیٹری کی قسم اور سائز: <input type="checkbox"/>					
سکھائیں:		آلات سماعت کے فوائد <input type="checkbox"/> آلات سماعت کیسے استعمال کریں <input type="checkbox"/> آلات سماعت کی کیسے حفاظت کی جائے <input type="checkbox"/>		بیٹری کی عمر اور تبدیلی کا وقت <input type="checkbox"/> الفاظ کی شناخت کو کیسے بہتر بنایا جائے <input type="checkbox"/>	
فالو اپ (Follow Up):		بالغ: بذریعہ ٹیکنالوجی <input type="checkbox"/> ← 2 ہفتے		بچہ: بذاتِ خود <input type="checkbox"/> ← 2 ہفتے	
		بذاتِ خود <input type="checkbox"/> ← 2 ہفتے		فالو اپ کی تاریخ: <input type="checkbox"/>	

بالغ اور 5 سے 17 سال عمر کے بچوں کے لیے سماعت کی کمی کے درجات		
5 سال سے کم عمر بچوں کو کان اور سماعت کے ماہر کے پاس بھجوائیں (ریفر)		
درجہ (Grade)	اوسط (Average)	سفارشات (Recommendation)
سماعت، درست حد کے اندر	اوسط 20 ڈیسی بل سے کم	بالغ افراد اور بچے: ← آلات سماعت نہیں چاہیں۔

<p>← کان کی صحت کے بارے میں سکھائیں</p> <p>← ایک سال کے اندر جانچ کریں، تاہم اگر مطلوبہ فرد سماعت میں تبدیلی محسوس کرے یا بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بچے کی سماعت میں تبدیلی محسوس کرے تو جلد آنے کے لیے کہیں۔</p>		
<p>بچے ← آلات سماعت لگائیں</p> <p>بالغ ← ایک سال میں دوبارہ جانچ کریں اور جائزہ لیں۔ کان کی صحت کے بارے میں سکھائیں</p>	اوسط 20 سے 34 ڈیسی بل	سماعت میں ہلکے درجے کی کمی
<p>بالغ افراد اور بچے ← آلات سماعت لگائیں</p>	اوسط 35 سے 49 ڈیسی بل	سماعت میں درمیانے درجے کی کمی
<p>بالغ افراد اور بچے ← آلات سماعت لگائیں</p>	اوسط 50 سے 64 ڈیسی بل	سماعت میں نسبتاً شدید درجے کی کمی
<p>بچے (یعنی کان اور سماعت کے ماہر کے پاس بھجوائیں) (ریفر)</p> <p>بالغ افراد ← آلات سماعت لگائیں</p>	اوسط 65 سے 79 ڈیسی بل	سماعت میں شدید درجے کی کمی
<p>بالغ افراد اور بچے (یعنی کان اور سماعت کے ماہر کے پاس بھجوائیں) (ریفر)</p>	اوسط 80 ڈیسی بل سے زائد	سماعت میں شدید ترین درجے کی کمی

 Referral recommended  Write notes here